

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet** (Magyarország, 1204 Budapest Köves Utca 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Varrógépek és táruk beszerzése 2020**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.01.15 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Gyomor-és bélebsészeti varrógépek 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 5814000 HUF

A rész neve és száma: Egyenes varrógépek és táruk 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 10950000 HUF

A rész neve és száma: Endoszkópos varrógépek és táruk 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 9480500 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Székhelye: 1123 Budapest Nagyenyed Utca 8-14.

Rész neve: Egyenes varrógépek és táruk (2)

1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb):
10 950 000

2. Üllő-pofák: Párhuzamos pofazárás (igen/nem):
Igen

3. Egy gépben 2-nél több tár használható-e? (Igen/nem):
Igen

4. Biztonsági mechanizmus, elsütött tárral vagy tár nélkül nem elsüthető. (Igen /nem):
Igen

5. A gép összezárásakor szöveti előkompresszió - a gép összenyomja a szövetet. (Igen/nem):
Igen

Rész neve: Endoszkópos varrógépek és táruk (3)

1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb):
10 179 500

2. Kés acél penge típusa 400-as széria (igen/nem):
Igen

3. Egy gépben 2-nél több tár használható-e? (igen/nem):
Igen

4. Biztonsági mechanizmus, elsütött tárral vagy tár nélkül nem elsüthető. (igen /nem):

Igen

5. A gép összezárásakor szöveti előkompresszió - a gép összenyomja a szövetet. (igen/nem):

Igen

Rész neve: Gyomor-és bélebészeti varrógépek (1)

1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb):

5 814 000

2. Titánium ötvözet a kapocs (igen/nem):

Igen

3. Kapocsláb magasság min 4,5 mm- max. 5,5 mm (igen/nem):

Igen

4. A gép összezárásakor szöveti előkompresszió - a gép összenyomja a szövetet (igen/nem):

Igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.