

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet** (Magyarország, 1204 Budapest Köves Utca 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Varrógépek és táruk beszerzése 2019**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 113. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.10.10 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Körvarrógépek 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 3210720 HUF

A rész neve és száma: Gyomor- bélebészeti varrógépek 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 17841235 HUF

A rész neve és száma: Endoszkópos varrógépek és táruk 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 3726016 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Székhelye: 1123 Budapest Nagyenyed Utca 8-14.

Rész neve: Endoszkópos varrógépek és táruk (3)

1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb):
4 430 296

2.1 Kés acél penge típusa 400-as széria (igen/nem):
Igen

2.2 Egy gépben 2-nél több tár használható-e? (igen/nem):
Igen

2.3 Biztonsági mechanizmus, elsütött tárral vagy tár nélkül nem elsüthető. (igen/nem):
Igen

2.4 A gép összezárásakor szöveti előkompresszió - a gép összenyomja a szövetet. (igen/nem) :
Igen

Rész neve: Gyomor- bélebészeti varrógépek (2)

1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb):
17 683 736

2.1. Üllő-pofák: Párhuzamos pofazárás (igen/nem):
Igen

2.2. Egy gépben 2-nél több tár használható-e? (Igen/nem):
Igen

2.3. Biztonsági mechanizmus, elsütött tárral vagy tár nélkül nem elsüthető. (Igen/nem):

Igen

2.4. A gép összezárásakor szöveti előkompresszió - a gép összenyomja a szövetet. (Igen/nem):

Igen

Rész neve: Körvarrógépek (1)

1. Ajánlati nettó ár (Ft) (előny a kevesebb):

4 339 440

2.1. Titánium ötvözet a kapocs (igen/nem):

Igen

2.2. Titánium alloi ötvözet a kapocs (igen/nem):

Igen

2.3. Kapocsláb magasság min 4,5 mm- max. 5,5 mm,:

5,5

2.4. A gép összezárásakor szöveti előkompresszió - a gép összenyomja a szövetet (igen/nem):

Igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A Johnson and Johnson Kft. mintatermékei 1 zárt sértetlen dobozban megérkeztek határidőre.

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.