

KÖZBER - 22-12/2016

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet által „**Pathológiai és laboratóriumi diagnosztikai eszközök beszerzése**” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény második rész XV. fejezet 81. §. szerinti nyílt eljárásban a Kbt. által megszabott törvényes határidőn belül érkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

1. Rész: Immunhisztokémiai automata

1. Kérdés:

A rendszer rendelkezzen teljeskörű magyar nyelvű software programmal

Megfelelő-e az ajánlatkérőnek, ha a készülék a teljes körű magyar nyelvű felhasználói felület, szoftver program helyett angol nyelvű egyszerű és átlátható grafikus felhasználói felülettel rendelkezik, amely emellett biztosítja az ajánlatkérőnek a lehető legegyszerűbb, és legkézenfekvőbb használatát?

Válasz:

Ajánlatkérő teljeskörű magyar nyelvű szoftver programmal rendelkező Immunhisztokémiai automatát kíván beszerezni. Nem fogad el angol vagy más, nem magyar nyelvű szoftver programmal rendelkező eszközt.

2. Kérdés:

Szoftver segítségével biztosított magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása, valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárat idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvű dokumentumok nyomtatása – előny a megléte

Megfelelő-e az ajánlatkérőnek, ha a szoftver angol nyelvű illetve a protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása, valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárat idejére vonatkozó adatok követése is jól értelmezhető és egyértelmű angol nyelvű dokumentumok nyomtatásával dolgozik? Továbbá megfelelő-e, amennyiben az adatok importálhatók excel/csv fájlba, ahonnan azok excel, vagy más adatbázis kezelő programokkal feldolgozhatók? Továbbá a megajánlani kívánt rendszer egyszerűen integrálható laboratóriumi információs rendszerekbe (LIMS), ahol a fenti információk bármilyen nyelven (rendszerrel függően) kezelhetők/tárolhatók.

Válasz:

Ajánlatkérő olyan immunhisztokémiai automatát kíván beszerezni, melynél biztosított a szoftver segítségével magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása, valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejárat idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvű dokumentumok nyomtatása. Nem fogad el nem magyar nyelvűt.



2.Rész: Hematoxylin eosin festő automata

3. Kérdés:

Tárgylemez azonosító rendszer megléte

Kérdés: Az előírt paraméterek között került felsorolásra a tárgylemez azonosító rendszer megléte. Ezen készülék esetében ez a paraméter vélelmezhetően csak egy konkrét gyártó adott készülékére vonatkozik. A fent említett tény és követelmény ellent mond többek között a hatályos 2015. Évi CXLIII Közbiztosítási törvény 2.§ (1) verseny tisztaságát, (2) esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot biztosító rendelkezéseivel. Emiatt kérjük, hogy olyan minimum követelményeket megadni szíveskedjenek, amelyek összességében nem egy konkrét gyártó kizárólag egy típusát részesítik előnyben.

Válasz:

Ajánlatkérő olyan Hematoxylin eosin festő automatát kíván beszerezni, mely rendelkezik a tárgylemezek azonosítására alkalmas rendszerrel, annak érdekében, hogy a patológiai munkafolyamat során a megfesteni kívánt tárgylemezek azonosítása megbízhatósági, minőségbiztosítási szempontoknak megfelelően biztosított legyen.

Tárgylemez azonosító rendszerként vonalkódalapú státuszjelentést értünk. A rendszernek képesnek kell lennie "elkészült" státuszjelentést küldenie tárgylemez szinten ahhoz, hogy a jövőben tervezett digitális munkanyomonkövető rendszerbe integrálható legyen. Piaci ismereteink szerint ennek a kritériumnak több gyártó automatája is megfelel, ezért Ajánlatkérő csak olyan Hematoxylin eosin festő automata megajánlását fogadja el, mely teljesíti ezt az előírt paramétert.

4. Kérdés:

Labor információs rendszerbe integrálhatóság

Megfelelő-e a kiírónak abban az esetben a megajánlani kívánt festő automata, ha nem integrálható labor információs rendszerbe?

Válasz:

Ajánlatkérő csak olyan Hematoxylin eosin festő automatát fogad el, mely integrálható a laboratóriumi információs rendszerbe.

5. Kérdés:

A rendszer rendelkezzen teljeskörű magyar nyelvű szoftver programmal

Megfelelő-e az ajánlatkérőnek, ha a készülék a teljes körű magyar nyelvű felhasználói felület, szoftver program helyett angol vagy német nyelvű egyszerű és átlátható grafikus felhasználói felülettel rendelkezik, amely emellett biztosítja az ajánlat kérőnek a lehető legegyszerűbb, és legkézenfekvőbb használatát?



Válasz:

Az Ajánlatkérő az angol vagy a német nyelvű szoftvert is elfogadja, azonban előnyként kezeli a teljesen magyar nyelvű felhasználói felületet. A dokumentáció ennek megfelelően módosításra kerül.

6. Kérdés:

Szoftver segítségével biztosított magyar nyelvű protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása, valamint a reagensek mennyiségére, minőségére, lejáratí idejére vonatkozó adatok követése, magyar nyelvű dokumentumok nyomtatása

Kérdés: Megfelelő-e az ajánlatkérőnek, ha a szoftver angol vagy német nyelvű illetve a protokollok, futtatási riportok kinyomtatása és tárolása, valamint a reagensek, minőségére, lejáratí idejére vonatkozó adatok követése is jól értelmezhető és egyértelmű angol vagy német nyelvű dokumentumok nyomtatásával dolgozik? Mivel a megajánlani kívánt festő automata nyitott a reagensek tekintetében, így elfogadja-e a kiíró, ha a reagensek mennyiségére vonatkozóan nem tud információt tárolni illetve nyomtatni?

Válasz:

Az Ajánlatkérő az angol vagy a német nyelvű szoftvert is elfogadja, azonban előnyként kezeli a teljesen magyar nyelvű felhasználói felületet. A dokumentáció ennek megfelelően módosításra kerül.

7. Kérdés:

Továbbá kérnénk, hogy a kiíró értelmezze a **Felolvasó lap, Szakmai bírálati szempontok 2.2.1 pontjában** megjelenteket „Teljesen HE immunfestő (feltárástól a festésig)”pontot.

Válasz:

Teljesen automatizált HE festő automata (feltárástól a festésig). A dokumentáció ennek megfelelően pontosításra kerül, amelyről Ajánlatkérő hirdetmény közzétételével intézkedik.

8. Kérdés:

A felhívás III.1.1 pontjában az szerepel, hogy az eljárásban nem vehet részt a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró ok alatt álló szereplő és az igazolás módja bekezdés tartalmazza, hogy „az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a Kbt. 63.§ (1) bekezdésének hatálya alá...”

Ezzel szemben a felhívás a III. 1.2 és III. 1. 3 pontja már kifejezetten azt tartalmazza, hogy az ajánlattevőknek az ESPD-ben a 62. § és 63. § szerinti kizáró okokról is nyilatkozni kell („Az ajánlattevőnek az ajánlatában annak benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdésének hatálya alá.”)

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő megerősítését abban, hogy jól értelmezzük-e, hogy a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okokról nem kell nyilatkozni.

Válasz:

Javítottuk az ajánlati felhívás III.1.1. pontját korrigendummal.
Szükséges a Kbt. 63.§ (1) bekezdéséről nyilatkozni.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a TED Adatbankban 2017.01.12-én 2017/S 008-011499 számon, valamint a Közbeszerzési Hatóság oldalán 2017.01.16-án KÉ-16401/2016 számon meg, melyet korrigendummal módosítottunk, a TED Adatbankban 2017.02.02-án 2017/S 023-039413 számon, a Közbeszerzési Hatóság oldalán 2017.02.06-án KÉ-1396/2017. számon jelent meg, melyet a 2017. február 16-án feladott és jelen levelünk mellé teljes tartalmában csatolt korrigendum 3-mal módosítjuk.

A Kbt. szabályai szerint a korrigendum és a módosításokkal egységes szerkezetű közbeszerzési dokumentum az alábbi linken teljes terjedelemben és térítésmentesen, korlátozás nélkül letölthető.

[:www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesekespanyazatok/kozbeszerzesifelhivasok/jelenlegifelhivasok/laboratoriumiespatologiaidiagnosztikaieszkozokbeszerzese](http://www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesekespanyazatok/kozbeszerzesifelhivasok/jelenlegifelhivasok/laboratoriumiespatologiaidiagnosztikaieszkozokbeszerzese)

Az ajánlattételi határidő változik !

Új ajánlattételi határidő:


2017.04.25. 13.00

Ajánlatok bontási ideje:

2017.04.25. 13.00

Budapest, 2017. március 23.

Tisztelettel:


Dr. Ralovich Zsolt
főigazgató

