JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ
· FŐIGAZGATÓSÁG
· DR. RALOVICH ZSOLT
Főigazgató

KÖZBESZ-7-15/2017

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, mint Ajánlatkérő által KÉ.11999/2017 iktatószámú, **„Varrófonal beszerzése"** tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdés érkezett, melyre a Kbt. által megszabott törvényes határidőn belül a lenti választ adjuk:

1. **Kérdés:**

Biztosítja-e a T. Ajánlatkérő a varrófonal és a tű hosszának +/- 10 %-os eltérési lehetőségét?

Válasz:
Igen, az Ajánlatkérő biztosítja a varrófonal és a tű hosszának +/- 10 %-os eltérési lehetőségét.

2. **Kérdés:**

Varrófonal dokumentáció 10./ Specifikáció

AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében AK a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Varróanyag ártáblázat
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy határozza meg – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint az egyenértékűségre tekintettel – az ártáblázatban megjelent specifikációtól való +/- %-os eltérés megengedett mértékét fonalhosszban és tűméretben.

Válasz:
Az Ajánlatkérő a specifikációtól való +/- 10 %-os eltérést biztosít fonalhosszban és tűméretben.

3. **Kérdés:**

Ajánlatkérő elfogad-e a fonal hossza illetve a tű mérete vonatkozásában ± 10%-os eltérést?
Válasz:

Igen, az Ajánlatkérő elfogadja a varrófonal és a tű hosszának +/- 10 %-os eltérését.

4. **Kérdés:**

Ajánlatkérő a 2. rész "Felszívódó, polyglactin alapanyagú sodrott varróanyag, polyglactin bevonattal, sebösszetartás 6-10 nap , gyors felszívódási idejű (max 42 nap) " 7. tételénél 4/0 , 45 cm fonalhosszúságú fordított vágótűvel rendelkező fonalat kér .

Kérdés 1: Ajánlatkérő elfogadja-e a fordított vágótű helyett méreteiben azonos , de jobb minőségű fordított plasztikai vágótűt is?

Válasz:

Igen, elfogadjuk.

5. Kérdés:

A 6. rész "Felszívódó, polydioxanone alapanyagú, monofil varróanyag, sebösszetartás 49-56 nap, felszívódási idő 182-238 nap" rész 5. sorában szereplő 2/0 70cm, körtű, egyenes tűs, 48mm tűhossz-al rendelkező fonal speciális méretei miatt ismereteink szerint csak egyetlen gyártó rendelkezik ilyen termékkel.

Kérdés 2 : Ajánlatkérő a versenykorlátozó helyzet feloldása érdekében ennek a terméknek áthelyezését megoldhatónak találja-e egy külön sorba vagy speciális csoportba, hogy a csoport többi termékére már ajánlattevő is teljes körűen pályázhasson ?

Válasz:

A szakmai igényeket áttekintve ezt a tételt töröljük.

6. Kérdés:

Ajánlatkérő a 8. rész " Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott varróanyag " részben Ajánlatkérő 6x45cm-es kiszerelést kér.

Kérdés 3: Ajánlatkérő elfogadja-e a 6x45cm-es kiszerelés helyett a 3x45cm-es kiszerelést is azzal a kikötéssel, hogy a teljes mennyiségnek egyenlőnek kell lennie az eredetileg kért mennyiséggel, tehát a 180 levél helyett 360 levél ajánlata szükséges ?

Válasz:

Elfogadunk más kiszerelést, az összmennyiségnek kell a kiírás szerintinek lennie.

7. Kérdés:

A pályázati dokumentációban ajánlatkérő az alábbiakat írja: "Az ajánlattevőnek magyar nyelvű prospektust szükséges csatolni a megajánlatott termékekről az ajánlathoz." Mivel minden prospektusnak tartalmaznia kell az adott műszaki leíráshoz tartozó egyedi kódszámot , mely alapján a termék beazonosítható , viszont ezzel összefüggésben a pályázati anyaghoz csatolt "Varróanyag ártáblázat" konkrétan nem tartalmaz olyan kitöltendő oszlopokat, mely kötelezővé tenné ajánlattevők részére a megajánlott termék kódszámára, pontos műszaki tartalmára (fonal vastagsága, hossza, tű tulajdonságai ...) vonatkozó adatok kitöltését, csupán egy "Teljesített paraméterek " oszlop található. Ennek az oszlopnak tartalma ajánlattevők részére jelenleg szabadon értelmezhető.

Kérdés 4: Ajánlatkérő pontosítaná-e és kiegészítené a pályázati dokumentációban csatolt "Varróanyag ártáblázat"-ot a megajánlott termék kódszámára, pontos műszaki tartalmára vonatkozó adatok kötelező kitöltésének oszlopaival, hogy a termékek egyértelműen beazonosíthatóak legyenek ?

Válasz:

Az összes paramétert a „Teljesített paraméterek" oszlopban kérjük feltüntetni.

8. Kérdés:

A pályázati anyaghoz csatolt "Varróanyag ártáblázat" műszaki leírásai különböző gyártók eltérő és egyben sokszor egyedi méretű termékeit tartalmazza még egy -egy részen belül is. Ennek következtében, amennyiben nem engedélyeznek a sebészeti varróanyag pályázatoknál általánosan elfogadott +, - 10%-os méretbeli eltérési lehetőséget a fonalhossz és tűméret tekintetében , akkor egy-egy rész esetében versenykorlátozó helyzet állhat elő, esetleg nem tudnak pályázni a kért részre , csoportra.
Kérdés 5: a versenykorlátozó helyzet elkerülése érdekében ajánlatkérő engedélyezi-e a sebészeti varróanyagok +, - 10%-os méretbeli eltérési lehetőségét a kért méretekhez képest a fonalhossz és tűméret tekintetében, mely a szakmai felhasználhatóságot nem befolyásolja ?

Válasz:
Igen, az Ajánlatkérő engedélyezi a varrófonal és a tű hosszának +/- 10 %-os eltérését.

9. Kérdés:

Kérdés 6: a " Speciális varróanyagok " részben szereplő termékek mindegyike nagyon speciális, ezért indokolt lenne - éppen a speciális voltuk miatt - soronként, külön-külön részben szerepeltetni őket.

Válasz:
Az Ajánlatkérő a „Speciális varróanyagok" csoportból egy tételt törölt, a többi tételt nem kívánjuk egyenként szétbontani.

10. Kérdés:

Megfelelünk-e a követelményeknek, ha az ajánlatunk részeként csak 1 darab Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (ESPD) csatolunk, amelynek a vonatkozó pontjában (II. rész A pont utolsó kérdése) felsoroljuk valamennyi általunk megajánlott részajánlati kör számát?
Válasz:
Igen, megfelelő lesz.

11. Kérdés:

Helyesen értelmezzük-e, hogy az ESPD IV. „Kiválasztási szempontok" részében nem elegendő a α szakasz kitöltése, azaz a IV. rész további releváns pontjait is ki kellene tölteni?
Válasz:
Igen, a IV. rész minden releváns pontját kérjük kitölteni.

12. Kérdés:

2. Rész/ 7. Sor: A kiírás: "Polyglycolic acid, 4/0, 45 cm, fordított vágótű, ½, 13 mm"

Ajánlatkérő elfogadja-e olyan 3/8-os görbületű tűvel felszerelt varróanyag megajánlását, amely minden más paraméterében megegyezik a kiírással?

Piaci ismereteink szerint jelenleg is a megadott paramétereknek megfelelő, de 3/8-os görbületű tűvel felszerelt varróanyagot használ, ezért merült fel a kérdés, hogy esetleg elírás történhetett, és a jelen beszerzés esetében is 3/8-os görbületű tű valós ajánlatkérői igény.

Válasz:
Igen, az „1/2" elírás. Töröljük a dokumentációban és kérjük figyelmen kívül hagyni.

13. Kérdés:

4. Rész/3. Sor : A kiírás: " Polyglycolic acid, 3/0, 70cm, Körtű, ½, 30 mm"

Ajánlatkérő elfogad-e 75cm hosszú, és 31mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

14. Kérdés:

4. Rész/4. Sor : A kiírás: " Polyglycolic acid, 2/0, 70cm, Körtű, ½, 30 mm"

Ajánlatkérő elfogad -e 75cm hosszú, és 31mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

15. Kérdés:

4. Rész/5. Sor : A kiírás: " Polyglycolic acid, 2/0, 90cm, Körtű,erősített, ½, 40 mm"

Ajánlatkérő elfogad -e 36mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

16. Kérdés:

4. Rész/6. Sor : A kiírás: " Polyglycolic acid, 1, 70cm, Körtű, erősített, ½, 30 mm"

Ajánlatkérő elfogad -e 75cm hosszú, és 31mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

17. Kérdés:

4. Rész/9. Sor : A kiírás: " Polyglycolic acid, 2/0, 90cm, Körtű,erősített, ½, 37 mm"

Ajánlatkérő elfogad -e 36mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

18. Kérdés:

4. Rész/12. Sor : A kiírás: " Polyglycolic acid, 0, 70cm, Körtű, ½, 30 mm"

Ajánlatkérő elfogad -e 31mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

19. Kérdés:

4. Rész/13. Sor : A kiírás: " Polyglycolic acid, 2, 140cm, TN"

Ajánlatkérő elfogad -e 150cm hosszú varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

20. Kérdés:

10. Rész/7. Sor : A kiírás: "Polyamid, 4/0, 45cm, Fordított vágótű, 3/8, 12 mm"

Ajánlatkérő elfogad -e 13mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

21. Kérdés:

10. Rész/8. Sor : A kiírás: "Polyamid, 3/0, 45cm, Fordított vágótű, 3/8, 16 mm"

Ajánlatkérő elfogad -e 19mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Nem fogadjuk el, tekintettel arra, hogy a kiírás szerinti +/- 10 %-os mértékig lehet a paramétertől eltérni.

22. Kérdés:

11. Rész/4. Sor : A kiírás: "Polyester, 2/0, 75cm, Körtű , 1/2, 30 mm"

Ajánlatkérő elfogad -e 31mm-es tűvel felszerelt varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

23. Kérdés:

11. Rész/5. Sor : A kiírás: "Polyester, 0, 5x75cm, TN"

Ajánlatkérő elfogad -e 5x70cm-es varróanyagot, mely minden más paraméterben megegyezik a kiírással?

Válasz:
Igen, elfogadjuk, tekintettel arra, hogy mind a tű, mind a fonal hossza esetében engedjük a kiírás szerinti mérettől való eltérést +/- 10 % mértékig.

24. Kérdés:

Előírás: Varrófonal dokumentáció
10./ Specifikáció:
"A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - AK számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot AK egyenértékű teljesítésként elfogad..."
Kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, határozza meg, mit ért AK számára kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék alatt.

Válasz:
Elírás, javítottuk.
„Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - AK számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot AK egyenértékű teljesítésként elfogad..." Ezt a részt töröltük.

25. Kérdés:

Előírás: **Ártáblázat 2. rész 18. sor**
Felszívódó, polyglactin alapanyagú sodrott varróanyag, polyglactin bev onattal, sebösszetartás 6-10 nap, gyors felszívódási idejű (max 42 nap)
Alapanyag: Polyglycolic acid, fonalvastagság: 4/0, fonal hossza: 45 cm, tű típusa: fordított vágótű, tű görbülete: ½ és tű mérete: 13 mm
Kérdés: Elfogadható-e olyan termék megajánlása, melynél a tű görbülete 3/8-os, és a mérete 11 mm?

Válasz:
A tű görbületében eltérés nem fogadható el, a fonal hosszában és a tű hosszában a kiírás szerinti paramétertől +/- 10 % eltérést fogad el az Ajánlatkérő.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy ismételten korrigendumot adott fel az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum és az ajánlati felhívás változása miatt Ajánlattevői kérdésekre figyelemmel.
A korrigendum és a módosítással egységes szerkezetű Közbeszerzési Dokumentum a megjelenés után letölthető lesz az alábbi linken: http://www.delpestikorhaz.hu/kozbeszerzesek-es-palyazatok/varrofonal/ és kiküldésre kerül az Ajánlattevők részére.

Budapest, 2017. október 30.

Tisztelettel:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet FŐIGAZGATÓ

Dr. Ralovich Zsolt
főigazgató