JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ

• FŐIGAZGATÓSÁG

• DR. RALOVICH ZSOLT
Főigazgató

KÖZBESZ-19-18/2016

**Tárgy**: Kiegészítő tájékoztatás

**Tisztelt Ajánlattevő!**

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet által **„Orvosi diagnosztikai eszközök beszerzése"** tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény második rész XV. fejezet 81. §. szerinti nyílt eljárásban a Kbt. által megszabott törvényes határidőn belül érkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

**1 db nőgyógyászati ultrahang beszerzése táblázat**

1. **Kérdés:**

*„A mikrokonvex vizsgálófej kristályelemeinek a száma*" technikai paraméternél a követelmény "*min. 192*". Ez a minimum elvárás kizárja a Cégünk által gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük, az elvárt paramétert minimum 128 – ra módosítani.

**Válasz:** nem áll módunkban a műszaki paraméterek módosítása

2. **Kérdés:**

*„A mikrokonvex vizsgálófej látószöge*" technikai paraméternél a követelmény "*min. 180°*". Ez a minimum elvárás kizárja a Cégünk által gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük, az elvárt paramétert minimum 130° – ra módosítani.

**Válasz:** nem áll módunkban a műszaki paraméterek módosítása

3. **Kérdés:**
*„A konvex vizsgálófej látószöge*" technikai paraméternél a követelmény "*min. 80°*". Ez a minimum elvárás kizárja a Cégünk által gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük, az elvárt paramétert minimum 68° – ra módosítani.

**Válasz:** nem áll módunkban a műszaki paraméterek módosítása

**1 db mamográfiás ultrahang készülék és tartozékai**

4. **Kérdés:**

*„Anatómiai M-mód élő képen, CINE módban, és archivált képről*" technikai paraméternél a követelmény "*igen*". A mammográfiás ultrahang berendezés esetében az anatómiai M-mód mint minimum elvárás nem értelmezhető, mivel kardiológiai funkció nem is elvárás. Mindezek mellett az archivált képen történő M-mód minimum elvárás kizárja a Cégünk által gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük, az elvárások közül ezen paramétert törölni szíveskedjenek.

**Válasz:** nem áll módunkban a műszaki paraméterek módosítása

5. **Kérdés:**

*„Tetszőlegesen állítható M-mód tengelyek száma, min. 2, előny a több"* technikai paraméternél a követelmény *"min. 2"*. Ez a minimum elvárás kizárja a Cégünk által gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük, az elvárt paramétert minimum 1 – re módosítani.

**Válasz:** nem áll módunkban a műszaki paraméterek módosítása

6. **Kérdés:**

*„A lineáris vizsgálófej Választható vizsgálati frekvenciák 2D-ben frekvenciatartománya"* technikai paraméternél a követelmény *" Min. 4,0 – 12,0 MHz"*. Ez a minimum elvárás kizárja a Cégünk által gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük, az elvárt paramétert minimum 6,2 – 11,4 MHz – re vagy 4 – 10 MHz - re módosítani.

**Válasz:** nem áll módunkban a műszaki paraméterek módosítása

7. **Kérdés:**

*„A lineáris vizsgálófej kristályelemeinek a száma"* technikai paraméternél a követelmény *" Min. 192, Kérjük megadni"*. Ez a minimum elvárás kizárja a Cégünk által gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük, az elvárt paramétert minimum 144 – re módosítani.

**Válasz:** nem áll módunkban a műszaki paraméterek módosítása

8. **Kérdés:**

*„A konvex vizsgálófej Választható vizsgálati frekvenciák 2D-ben frekvenciatartománya"* technikai paraméternél a követelmény *" Min. 2 – 5,0 MHz"*. Ez a minimum elvárás kizárja a Cégünk által gyártott és forgalmazott berendezés megajánlását. Kérjük, az elvárt paramétert minimum 2,5 – 5 MHz – re módosítani.

**Válasz:** nem áll módunkban a műszaki paraméterek módosítása

Budapest, 2017. április 11.

Tisztelettel:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet FŐIGAZGATÓ

**Dr. Ralovich Zsolt**
főigazgató