

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - EKR001838442024

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés **Sebészeti robot kiegészítő garancia**
tárgya:

Ajánlatkérő **Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai**
neve: **Intézet**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet						
Nemzeti azonosítószám	15490342243	A szervezet szervezeti egységének neve					
Postai cím:	Nagyvárad Tér 1.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1097	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Ortutay	Miklós				
E-mail:	ortutay.miklos@dpckorhaz.hu	Telefon:	+36 14555700	Fax:	+36 14555700		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://dpc.euintezmeny.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://dpc.euintezmeny.hu/						
Az ajánlatkérő típusa							
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége							
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Igen						
Ezen szervezet szerepkörei:							
Szervezet szerepe	Ajánlatkérő						
Szervezet alszerepe							

Hivatalos név:	Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						
Nemzeti azonosítószám	15491020243	A szervezet szervezeti egységének neve					
Postai cím:	Köves Utca 1.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1204	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Tóth	Dóra	Tímea			

E-mail:	kozbeszerzes@delpestikorhaz.hu	Telefon:	+36 12896255	Fax:	+36 12847657
Internetcím(ek)					
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://delpestikorhaz.hu/				
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://delpestikorhaz.hu/				
Az ajánlatkérő típusa				
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége				
Közös ajánlatkérők képviselőjére jogosult:	Nem				
Ezen szervezet szerepkörei:				
Szervezet szerepe	Ajánlatkérő				
Szervezet alszerepe				

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Sebészeti robot kiegészítő garancia

II.1.2) A beszerzés mennyisége

II.1.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Az EKR001027932021 azonosítószámú „Sebészeti robot készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés II.1. pont 4. bekezdése szerint a 24 hónapos jótállási időt követő 36 hónap időtartam alatt az az Eladó az alábbi feladatokat az alapszerződés keretei között végzi el, külön díj nélkül:

- Gyártó által előírt kötelező karbantartások, feülvizsgálatok
- Szoftverfrissítés
- Support

Kiegészítő garancia ajánlat tartalma, melyre az érvényben lévő szerződés nem terjed ki:

A rendszer alkotóegységei, melyre a kiegészítő garancia kiterjed:

- Videó torony (VSC), gysz.: 10042905
- Sebészkonzol(ok) (SSC), gysz.: 977554
- robotkarokat tartó egység/ betegkocsi (PSC), gysz.: 741328
- toronyhoz tartozó nagyfrekvenciás vágó generátor (IESU), gysz.: 11522053

Alkotóegységek részletes tartalma:

Sorszám	Fő alkotó rész neve	kódja	részegység kódja	megnevezése
I.	Videó torony	VSC	Vision Side Cart	
I/1	Videó torony	VSC	Touchscreen	érintőképernyős monitor
I/2	Videó torony	VSC	IESU - ERBE	nagyfrekvenciás vágó, koaguláló generátor
I/3	Videó torony	VSC	EC - Endoscope Controller	endoszkóp konnektor és fényforrás
I/4	Videó torony	VSC	VP - Vision Processor	processzor, videó jelfeldolgozás helye
I/5	Videó torony	VSC	CORE	videó- és jelfeldolgozó, kommunikációs átjáró, frissítés és onsite központ
II.	Sebészkonzol	SSC	Surgeon Side consol	
II/1	Sebészkonzol	SSC	HRSV	nagyfelbontású képmegjelenítő egység, fejtámasszal
II/2	Sebészkonzol	SSC	Armrest - kartámasz	kartámasz benne ergonómiai kapcsolókkal és touchpad-del
II/3	Sebészkonzol	SSC	Érintőképernyő	touchpad
II/4	Sebészkonzol	SSC	MTML	bal oldali sebészi manipulátor (benne gimbal, clutch, fingerloop)
II/5	Sebészkonzol	SSC	MTMR	jobb oldali sebészi manipulátor (benne gimbal, clutch, fingerloop)
II/6	Sebészkonzol	SSC	Base	sebészkonzol központi jelfeldolgozó egység
III.	Betegkocsi	PSC	Patient Side Cart	

III/1	Betegkocsi	PSC	Base	betegági robot központi jelfeldolgozó egység
III/2	Betegkocsi	PSC	Column	karokat tartó egység
III/3	Betegkocsi	PSC	SUJ - 1	1-es kar, 4 szabadsági szöggel, hozzá tartozó incoderekkel, ACJ alaplappal
III/4	Betegkocsi	PSC	SUJ - 2	2-es kar, 4 szabadsági szöggel, hozzá tartozó incoderekkel, ACJ alaplappal
III/5	Betegkocsi	PSC	SUJ - 3	3-as kar, 4 szabadsági szöggel, hozzá tartozó incoderekkel, ACJ alaplappal
III/6	Betegkocsi	PSC	SUJ - 4	4-es kar, 5 szabadsági szöggel, hozzá tartozó incoderekkel, ACJ alaplappal
III/7	Betegkocsi	PSC	USM - 1	1-es manipulátor, robotkar 8 szabadsági fokkal
III/8	Betegkocsi	PSC	USM - 2	2-es manipulátor, robotkar 8 szabadsági fokkal
III/9	Betegkocsi	PSC	USM - 3	3-as manipulátor, robotkar 8 szabadsági fokkal
III/10	Betegkocsi	PSC	USM - 4	4-es manipulátor, robotkar 8 szabadsági fokkal
IV.	Nagyfrekvenciás vágó generátor		IESU	High-frequency generator

1. Javítási tevékenységek

- 1.1. Egy esetleges meghibásodás, hiba megjelenése, bejelentése során a kiegészítő garancia keretein belül egy, a gyártó által kiképzett szakember (szervizmérnök), a gyártó által jóváhagyott, speciális diagnosztikai eszközök segítségével részletes hibafeltárást hajt végre.
- 1.2. A hibafeltárást követően a szakember követi és végrehajtja azokat az eljárásokat, melyek a hiba kijavításához, probléma megoldásához, rendszer teljes helyreállításához szükségesek. Ehhez a gyártó által biztosított, jóváhagyott eszközöket, szükség szerint gyártói alkatrészeket használ fel (kivéve a rendszerhez tartozó kiegészítők, tartozékok: pl.: endoszkópok, trokárak...).
- 1.3. A helyreállítás, javítás után a gyártói paraméterek alapján a rendszer végső ellenőrzése, tesztelése, bemérése biztosítja a megfelelő és biztonságos működést.

2. Eszközök és kiegészítők :

- 2.1. A Kórház elismeri, hogy a Rendszer kizárólag olyan sebészeti eszközök és kiegészítővel használható, amelyeket az Intuitive Surgical gyártott vagy jóváhagyott.
- 2.2. Sebészeti eszközök és kiegészítővel kapcsolatos jótállást külön megállapodás kezeli.
- 2.3. Az endoszkóp meghibásodása esetén a hiba bejelentést követően gyártói hiba bevizsgálást alkalmazunk, amely megállapítja, hogy a hiba garancia körébe tartozik-e. A gyártói bevizsgálás eredménye szerint, ha a hiba felhasználó hibájából adódik (pl. nem gyártói utasításnak megfelelő sterilizálás), úgy ezért a SofMedica külön díjat számolhatt fel.

Szerződés időtartama 12 hónap

A részletes feladatokat a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Elnevezés:	Vállalkozási szerződés		
II.2.3) A teljesítés helye:			
A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások			
Ország:	Magyarország	NUTS-kód:	
Irányítószám:	1204	Település:	Budapest
Közterület neve:	Köves	Közterület jellege:	utca
Házszám:	1.	Helyrajzi szám:	
További információk			

II.2.4) Közbeszerzés leírása:

Az EKR001027932021 azonosítószámú „Sebészeti robot készülék beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés II.1. pont 4. bekezdése szerint a 24 hónapos jótállási időt követő 36 hónap időtartam alatt az az Eladó az alábbi feladatokat az alapszerződés keretei között végzi el, külön díj nélkül:

- Gyártó által előírt kötelező karbantartások, feülvizsgálatok
- Szoftverfrissítés
- Support

Kiegészítő garancia ajánlat tartalma, melyre az érvényben lévő szerződés nem terjed ki:

A rendszer alkotóegységei, melyre a kiegészítő garancia kiterjed:

- Videó torony (VSC), gysz.: 10042905
- Sebészkonzol(ok) (SSC), gysz.: 977554
- robotkarokat tartó egység/ betegkocsi (PSC), gysz.: 741328

Alkotóegységek részletes tartalma:

Sorszám	Fő alkotó rész neve	kódja	részegység kódja	megnevezése
I.	Videó torony	VSC	Vision Side Cart	
I/1	Videó torony	VSC	Touchscreen	érintőképernyős monitor
I/2	Videó torony	VSC	IESU - ERBE	nagyfrekvenciás vágó, koaguláló generátor
I/3	Videó torony	VSC	EC - Endoscope Controller	endoszkóp konnektor és fényforrás
I/4	Videó torony	VSC	VP - Vision Processor	processzor, videó jelfeldolgozás helye
I/5	Videó torony	VSC	CORE	videó- és jelfeldolgozó, kommunikációs átjáró, frissítés és onsite központ
II.	Sebészkonzol	SSC	Surgeon Side consol	
II/1	Sebészkonzol	SSC	HRSV	nagyfelbontású képmegjelenítő egység, fejtámasszal
II/2	Sebészkonzol	SSC	Armrest - kartámasz	kartámasz benne ergonómiai kapcsolókkal és touchpad-del
II/3	Sebészkonzol	SSC	Érintőképernyő	touchpad
II/4	Sebészkonzol	SSC	MTML	bal oldali sebészi manipulátor (benne gimbal, clutch, fingerloop)
II/5	Sebészkonzol	SSC	MTMR	jobb oldali sebész manipulátor (benne gimbal, clutch, fingerloop)
II/6	Sebészkonzol	SSC	Base	sebészkonzol központi jelfeldolgozó egység
III.	Betegkocsi	PSC	Patient Side Cart	
III/1	Betegkocsi	PSC	Base	beteggyi robot központi jelfeldolgozó egység
III/2	Betegkocsi	PSC	Column	karokat tartó egység
III/3	Betegkocsi	PSC	SUJ - 1	1-es kar, 4 szabadsági szöggel, hozzá tartozó incodekkel, ACJ alaplappal
III/4	Betegkocsi	PSC	SUJ - 2	2-es kar, 4 szabadsági szöggel, hozzá tartozó incodekkel, ACJ alaplappal
III/5	Betegkocsi	PSC	SUJ - 3	3-as kar, 4 szabadsági szöggel, hozzá tartozó incodekkel, ACJ alaplappal
III/6	Betegkocsi	PSC	SUJ - 4	4-es kar, 5 szabadsági szöggel, hozzá tartozó incodekkel, ACJ alaplappal
III/7	Betegkocsi	PSC	USM - 1	1-es manipulátor, robotkar 8 szabadsági fokkal
III/8	Betegkocsi	PSC	USM - 2	2-es manipulátor, robotkar 8 szabadsági fokkal
III/9	Betegkocsi	PSC	USM - 3	3-as manipulátor, robotkar 8 szabadsági fokkal
III/10	Betegkocsi	PSC	USM - 4	4-es manipulátor, robotkar 8 szabadsági fokkal
IV.	Nagyfrekvenciás vágó generátor	IESU	High-frequency generator	

1. Javítási tevékenységek

1.1. Egy esetleges meghibásodás, hiba megjelenése, bejelentése során a kiegészítő garancia keretein belül egy, a gyártó által kiképzett szakember (szervizmérnök), a gyártó által jóváhagyott, speciális diagnosztikai eszközök segítségével részletes hibafeltárást hajt végre.

1.2. A hibafeltárást követően a szakember követi és végrehajtja azokat az eljárásokat, melyek a hiba kijavításához, probléma megoldásához, rendszer teljes helyreállításához szükségesek. Ehhez a gyártó által biztosított, jóváhagyott eszközöket, szükség szerint gyártói alkatrészeket használ fel (kivéve a rendszerhez tartozó kiegészítőket, tartozékok: pl.: endoszkópok, trokárok...).

1.3. A helyreállítás, javítás után a gyártói paraméterek alapján a rendszer végső ellenőrzése, tesztelése, bemérése biztosítja a megfelelő és biztonságos működést.

2. Eszközök és kiegészítők :

2.1. A Kórház elismeri, hogy a Rendszer kizárólag olyan sebészeti eszközök és kiegészítővel használható, amelyeket az Intuitive Surgical gyártott vagy jóváhagyott.

2.2. Sebészeti eszközök és kiegészítővel kapcsolatos jótállást külön megállapodás kezeli.

2.3. Az endoszkóp meghibásodása esetén a hiba bejelentést követően gyártói hiba bevizsgálást alkalmazunk, amely megállapítja, hogy a hiba garancia körébe tartozik-e. A gyártói bevizsgálás eredménye szerint, ha a hiba felhasználó hibájából adódik (pl. nem gyártói utasításnak megfelelő sterilizálás), úgy ezért a SofMedica külön díjat számolhatt fel.

Szerződés időtartama 12 hónap

A részletes feladatokat a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot

..... Nem

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került Nem

Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Kbt. 98.§ (2) bek.c) pont kizárólagos jog

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eljárás EKR azonosítója: EKR001838442024

Keretmegállapodás azonosító száma:

Dinamikus Beszerzési Rendszer azonosító száma:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2025.02.12

IV.2.3) Elektroniktól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

SofMedica Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1114 Budapest, Bartók Béla Út 43-47. 29296574243

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001838442024/6619

Az érvényes ajánlattevők tekintetében alkalmasságuk indokolása:

Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítésére alkalmas. A megajánlott szolgáltatás a kiírás szerinti szakmai követelményeknek megfelel.

Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó megajánlás adatai:

Értékelési szempont: Kbt.100. § (5) bek. alapján a Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, mivel

AK kizárólag egy AT-t kér fel ajánlattételre, és az AK igényének a műszaki leírásban konkrétan meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás tekintetében szakértelemmel és kizárólagos joggal is csak egy ajánlattevő rendelkezik, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár szolgálja.

V.2.2) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Elért összpontszám:

Rangsor:

SofMedica Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

0

1

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR001838442024/6619

Szöveges értékelés:

Értékelési szempont: Kbt.100. § (5) bek. alapján a Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, mivel AK kizárólag egy AT-t kér fel ajánlattételre, és az AK igényének a műszaki leírásban konkrétan meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás tekintetében szakértelemmel és kizárólagos joggal is csak egy ajánlattevő rendelkezik, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár szolgálja.

Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó elért pontszámok:

nem kerül pont kiosztásra

V.2.3) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Értékelési szempont: Kbt.100. § (5) bek. alapján a Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, mivel AK kizárólag egy AT-t kér fel ajánlattételre, és az AK igényének a műszaki leírásban konkrétan meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás tekintetében szakértelemmel és kizárólagos joggal is csak egy ajánlattevő rendelkezik, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár szolgálja.

V.2.5) Nem ellenőrzött ajánlatok:

A nem ellenőrzött ajánlatot tevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma és ajánlata kiválasztásának indokai:

SofMedica Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1114 Budapest, Bartók Béla Út 43-47.

29296574243

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR001838442024/6619

A nyertes ajánlat kiválasztásának indokai:

Az ajánlat szakmailag a kiírásnak megfelel.

Az ellenszolgáltatás összege:

53 505 101,00

HUF

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e:

Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlat technikai azonosítója:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának indokai:

Az ellenszolgáltatás összege:

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Ajánlat technikai azonosítója:

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.3 Beérkezett ajánlatok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az V.3) blokk V.3.1) pontja a „Beérkezett ajánlatok blokk frissítése” gomb alkalmazásával, míg az V.3.2) pontja az „Adatok újratöltése” gomb alkalmazásával frissíthető. Abban az esetben, ha a frissítés nem történik meg, az EKR az Összegezés megküldésekor, az „Összegezés megküldése” gombra való kattintással az V.2) blokk legutolsó mentett állapota szerint, abban az esetben is frissíti, amennyiben a felhasználó ezt nem teszi meg az eljárási cselekmény zárása előtt.

V.3.1) Összes beérkezett ajánlat

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001838442024/6619

Az ajánlatot rangsorolták: Igen Az ajánlat rangsora: 1

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Érvényes - Nyertesként kiválasztott

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet

Hivatalos név: SofMedica Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 29296574243

Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.

Város: Budapest NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1114 Ország: Magyarország

E-mail: matyas.nagy@sofmedica.com Telefon: +36 305527230

Internetcím (URL): www.sofmedica.com

Fax:

Gazdasági szereplő kvv minősítésére vonatkozó adat: Igen

V.3.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

Beérkezett részvételi jelentkezések száma:

0

A beérkezett ajánlatok száma:	1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:	1
Mikrovállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	0
Kisvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	0
Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):	1
Az ajánlatkérő országától eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok száma:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok közül az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlatok száma:	0
Nem ellenőrzött ajánlatok száma:	0
A nem ellenőrzött ajánlatok közül azon ajánlatok száma, amelyek tekintetében az ajánlattevő nem tartotta fenn az ajánlati kötöttségét a bírálati határidő meghosszabbítása miatt:	0

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2025.04.29 Lejárata: 2025.05.09

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A Kbt. 103.§ (5) bek. alapján az Ajánlatkérő, a szerződéskötés előtt legalább 10 nappal köteles közzétenni, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén, melyet a Kbt. 98.§ (2) bek. c) pont alapján folytatott le, a Bizottság (EU) 2015/1986. Vhr. XII. mell. szerinti hirdetményt, a Kbt. 137.§ (2) bekezdésének megfelelően.

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: 2025.04.29

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.4) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) További információk: